


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

DZP.341.25.2018

Radom, dnia 17.05.2018 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. (nr sprawy: DZP.341.25.2018).

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:


Pytanie	Odpowiedź
1. Pakiet 20 – Elektrody EKG Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 w pozycji 1 elektrody o średnicy 25mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.	1. Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet 20 – Elektrody EKG Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 w pozycji 2 równoważnej elektrody owalnej o rozmiarze 50/36mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.	2. Zamawiający dopuszcza.
3. Część nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?	3. Zamawiający dopuszcza.
4. Część nr 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem odłączanym z końcówką pasującą do aparatu AMBU dla dzieci o długości 210cm, z zagiętym mankietem, dobrze przylegająca do twarzy, wykonana z medycznego PCV pozbawionego DEHP, sterylną?	4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Część nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości całkowitej 200cm z bardzo miękkimi końcówkami donosowymi nie powodującymi podrażnień?	5. Zamawiający nie dopuszcza.
6. Część nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości całkowitej 230cm z bardzo miękkimi końcówkami donosowymi nie powodującymi podrażnień?	6. Zamawiający nie dopuszcza.
7. Część nr 8, poz. 6,7: Czy Zamawiający wydzielili pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?	7. Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?	8. Zamawiający nie dopuszcza.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 33 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?	9. Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dotyczy formularza cenowego Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyszczególnienia w formularzu cenowym wszystkich numerów katalogowych oferowanego asortymentu, co umożliwi ewentualną weryfikację poprawności poszczególnych dostaw?	10. TAK.
11. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem odłączanym z końcówką pasującą do aparatu AMBU dla dzieci o długości 210 cm, wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV, z miękkim elastomerowym termoplastycznym mankietem dobrze przylegającym do twarzy, bez lateksu, mikrobiologicznie czysta?	11. Zamawiający nie dopuszcza.
12. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 210 cm, wykonany z medycznego PCV, niesilikonowany?	12. Zamawiający nie dopuszcza.

Mazowsze.

serce Polski

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

13. Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 150 cm z trzecia rurą o długości 150 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?	13. Zamawiający nie dopuszcza.
14. Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm z trzecia rurą o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?	14. Zamawiający nie dopuszcza.
15. Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 5 Czy Zamawiający łącznik rozciągliwy do 15 cm?	15. Zamawiający nie dopuszcza.
16. Załącznik 24, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z załącznika 24 pozycję 2 zawierający żel w saszetkach i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .	16. Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Część 3 Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości cewnika 1800 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.	17. Zamawiający dopuszcza.
18. Część 3 Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości cewnika 1600 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.	18. Zamawiający dopuszcza.
19. Pakiet nr 31 - Przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia 1) Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora? Connectors available 	19. Końcówka Abbott.
20. Czy Zamawiającemu w części 8 w pozycji 3 oraz 4 chodzi o maskę do podawania tlenu dla dorosłych oraz dzieci z drenem odłączalnym o długości 210cm, mikrobiologicznie czystą wykonaną z PCV z gumką do regulacji?	20. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21. Czy Zamawiający w części 16 dopuści maskę krtaniową wielorazową 100% silikonowa- możliwość 40 krotnej sterylizacji, posiadają wszystko co jest potrzebne do łatwego i bezpiecznego wprowadzenia oraz zapewniają niezawodną szczelność w czasie zabiegu, wygięta pod kątem 70 stopni, balonik kontrolny w innym kolorze niż maska, w rozmiarach od 1- noworodki /niemowlęta do 5 kg do 5 – dorośli 70-100 Kg	21. Zamawiający nie dopuszcza.
22. Ad par. 11 ust. 1a) i b) <i>Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto odpowiednio wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy / wartości brutto wadliwych lub brakujących części przedmiot dostawy, za każdy dzień zwłoki.</i>	22. Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Ad par. 11 ust. 1c) <i>Prosimy o zmniejszenie kary umownej do kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną ofertową Wykonawcy a ceną, jaką Zamawiający zapłaci osobie trzeciej za dostawę zastępczą – jest to powszechnie stosowana kara w analogicznych umowach.</i>	23. Zamawiający nie wyraża zgody
24. Czy w formularzu ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa ofertę?	24. TAK.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

25. Dot. Części 19, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rurki tracheostomijnej bez mankieta wykonanej z termoplastycznego PCW silikonowana o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, przezroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, łącznik 15 mm i tasemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: 7,0mm/68mm; 8,0mm/82mm; 9,0mm/ 93mm rozmiary w zależności od potrzeb szpitala)	25. Zamawiający dopuszcza.
26. Dot. Części 19, poz. 3 Czy rurki tracheostomijne w pozycji 3 mają być silikonowane , bez zawartości ftalanów ?	26. Zamawiający dopuszcza.
27. Dot. Części 19, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez mankieta z wewnętrznymi wyjmowanymi kaniulami , sterylna jednorazowego użytku, 15 mm łącznik rurki bez obrotowej podstawy?	27. Zamawiający dopuszcza.
28. Dot. Części 19, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez mankieta, z otwprami fenestracyjnymi, z wewnętrznymi wyjmowanymi kaniulami , sterylna jednorazowego użytku, 15 mm łącznik rurki bez obrotowej podstawy?	28. Zamawiający dopuszcza.
29. Dot. Części 19, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści Rurke tracheostomijną silikonowaną z mankiem niskociśnieniowym sterylną rozmiar Fi 7-9,5	29. Zamawiający dopuszcza.
30. Część 10, poz. 6 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych	30. Zamawiający nie wyraża zgody.
31. Część 10, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatoem otwarty/zamknięty? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	31. Zamawiający nie dopuszcza.
32. Część 33, poz. 8 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły opisanej jak w SIWZ, w klasie medycznej II a, tak jak zamawiający wymaga w pozycjach od 1-5. W przypadku odpowiedzi odmownej, bardzo proszę o merytoryczne uzasadnienie swojej decyzji, co nie pozwala Zamawiającemu dopuścić artykułu w klasie medycznej wyższej, niż ta wymagana w SIWZ?	32. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
33. Część 33, poz. 6 Proszę o dopuszczenie kolca opisanego jak w SIWZ, w sumie to tego samego, który opisany jest w SIWZ, ale o rzeczywistej długości podawanej przez producenta, czyli 5,5 cm.	33. Zamawiający nie dopuszcza.
34. Część 33, poz. 4, 5 Czy Zamawiający dopuści potrójne zawory bezigłowe opisane jak w SIWZ, ale o objętości wypełnienia 0,35 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	34. Zamawiający nie dopuszcza.
35. Pakiet 8: Poz. 4: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania produktu o poniższych parametrach: Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankieta maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania maski twarzowej do natleniania wykonanej z medycznego PCV, elastycznych, jednorazowego użytku, ukształtowana anatomicznie dla dzieci, z kołnierzem.	35. Zamawiający nie dopuszcza.
36. Pakiet 15: Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu, testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach : Przyrząd do bezpiecznego przygotowania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym. Zabezpiecza przed wyciekami i uwalnianiem aerozoli, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania (przezroczysta komora). Produkt pracuje w systemie podwójnych elastomerowych membran, przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą metalową igłę oraz	36. Zamawiający nie dopuszcza.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pasujący do fiolek 13 i 20 mm, bez sygnału dźwiękowego. Udowodniona w badaniach skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych z fiołki oraz potwierdzone oświadczeniem producenta zachowanie czystości mikrobiologicznej leku przez 7 dni. Bez badań nad zachowaniem stabilności fizykochemicznej leku. Pragniemy nadmienić, że stabilność fizykochemiczna leku jest określona przez producenta w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego i dla każdego leku jest inna.</p>	
<p>37. Pakiet 15 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu, testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach : Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiołki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym, jałowe, pakowane, oddzielnie(pojedynczo) z igłą o rozmiarze 18 G, kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV i poliwęglanu.</p>	37. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>38. Pakiet 15 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu, testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach : Bezigłowy przyrząd do worka infuzyjnego z wbudowanym adapterem kompatybilnym z poz. 3. Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie przyrządu kompatybilne z większością zestawów do podawania leków infuzyjnych typu grawitacyjnego lub pompowego, bez zacisku. Całkowita długość – 9 cm.</p>	38. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>39. Pakiet 15 Poz.4 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu, testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach : Urządzenie dostępne do linii infuzyjnej, do podłączenia do wkłucia dożylnego pacjenta. Zapewnia zamknięte połączenie z Injectorem. Urządzenie (łącznik) w systemie Connector umożliwiające połączenie Injectora z żeńską końcówką luer lock miejsca wkłucia pacjenta w celu stworzenia zamkniętego systemu podania leku w formie iniekcji lub infuzji. Złącze typu luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leków ze strzykawki dożylnie w postaci bolusa, o linii infuzyjnych z końcówką Luer lock oraz worków infuzyjnych z portem Luer lock, kompatybilne z poz. 2. 2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do bezpiecznego przygotowania i podawania leków ma być kompatybilny ze wszystkimi lekami cytostatycznymi?</p>	39. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>40. Pakiet 15 Poz. 1-3: 1.Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy powierzchnia do dezynfekcji może zawierać poliwęglan</p>	40. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
<p>41. Pakiet 15 Poz. 1-3: Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy systemy bezigłowe mają być wyposażone w zdejmowalny przed aplikacją protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia</p>	41. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
<p>42. Pakiet 10: Poz.2: 1. Prosimy o sprecyzowanie czy pudełko do liczenia igieł ma posiadać naklejkę biohazard? 2.Prsoimy o dopuszczenie zaoferowania pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy nie będącego produktem medycznym, objętego stawką podatku VAT 23%, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.</p>	42. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
<p>43. Pakiet 10: Poz.3: 1.Prosimy o doprecyzowanie czy żel antybakteryjny ma zawierać najbardziej polecaną 0,12% chlorheksydynę?</p>	43. Tak.
<p>44. Pakiet 10: Poz.3:</p>	44. Tak.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu rejestrowanego jako inwazyjny wyrób medyczny z możliwością stosowania w obrębie jamy ustnej oraz podłączania do aktywnego wyrobu medycznego- źródła ssania.	
45. Pakiet 10: Poz. 4-5; Prosimy o sprecyzowanie czy dodatkowy port iniekcyjny , tak jak w obecnie stosowanych produktach, ma być bezigłowy – pozwalający na dostrzykiwanie bez konieczności używania igły?	45. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
46. Pakiet 17: Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów brzusznych sterylnych, pakowanych pojedynczo w rozmiarach: 22,25,30, 35, 40 CH.	46. Zamawiający nie dopuszcza.
47. Pakiet 17: Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowani rękawic foliowych nie będących produktem medycznym, objętego stawką podatku VAT 23%, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.	47. Zamawiający dopuszcza.
48. Pakiet 33 Poz. 1 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach: Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta, membrana niebieska, nie zawierający metalu oraz lateksu. Zawór wykonany z polimerów. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się, zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, objętość wypełnienia 0,1 ml, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji, wyposażony w zdejmowalny przed aplikacją protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pakowany w papier folię.	48. Zamawiający nie dopuszcza.
49. Pakiet 33 Poz. 1 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach: Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. Wykonany z tworzywa sztucznego; zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany, zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	49. Zamawiający nie dopuszcza.
50. Pakiet 33 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach: System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, i objętości wewnętrznej 0,6 ml, na drenie zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, Zawór wykonany z polimerów. Obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska –	50. Zamawiający nie dopuszcza.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.</p> <p>2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm z 2 zaciskami, objętość wypełnienia 1,6 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałow, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności</p>	
<p>51. Pakiet 33 Poz.3 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach: System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, i objętości wewnętrznej 0,6 ml, transparentny, bezbarwny dren, na drenie zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu. Zawór wykonany z polimerów. membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na okształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami</p>	51. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>52. Pakiet 33 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm z 2 zaciskami. objętość wypełnienia 1,6 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałow, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności</p>	52. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>53. Pakiet 33 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach: System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, i objętości wewnętrznej 0,3 ml, na drenie zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które</p>	53. Zamawiający nie dopuszcza.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu. Zawór wykonany z polimerów. membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami</p>	
<p>54. Pakiet 33 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm z 3 zaciskami, dren transparentny, bezbarwny. objętość wypełnienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności</p>	<p>54. Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p>55. Pakiet 33 Poz. 5 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, i objętości wewnętrznej 0,3 ml, transparentny, bezbarwny dren, na drenie zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu. Zawór wykonany z polimerów. membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami</p>	<p>55. Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p>56. Pakiet 33 Poz. 5 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm z 3 zaciskami, dren transparentny, bezbarwny. objętość wypełnienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym</p>	<p>56. Zamawiający nie dopuszcza.</p>

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności	
57. Pakiet 33 Poz.6 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolca do fiolek i butelek z portem bezigłowym, bez skrzydełek, o objętości wypełnienia- 0,35 ml z możliwością stosowania do 7 dni lub 140 razy, o długości około 7 cm, klasa Is	57. Zamawiający nie dopuszcza.
58. Pakiet 33 Poz.6 2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolca do fiolek i butelek z koreczkiem chroniącym port dostępu, bez skrzydełek i zaworu, o objętości wypełnienia- 0,27 ml z możliwością stosowania do 72 godzin, o długości około 7 cm, klasa Is.	58. Zamawiający nie dopuszcza.
59. Pytanie do części 8 Czy Zamawiający w części 8 wymaga aby maska tlenowa w pozycjach 1-4 posiadała podwójnie uszczelniony mankiet podbródka?	59. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
60. Pytania do części 13 Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów antybakteryjnych, intermolekularnych o budowie harmonijkowej, skuteczność filtrowania bakterii 99,999%, minimalny zakres objętości oddechowej od 150ml, z portem do kapnometrii-złącze Luer. Skuteczność nawilżania min. 32 mg/lH2O, sterylne. Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek w kierunku Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie walidacji filtra	60. Zamawiający dopuszcza.
61. Pytania do części 13 Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o zwrocie 30,6 mg/lH2O, minimalny zakres objętości oddechowej od 200ml. Port do pomiaru kapnometrii – złącze Luer. Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek w kierunku Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie walidacji filtra.	61. Zamawiający dopuszcza.
62. Pytania do części 13 Pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, (pediatryczny) minimalny zakres objętości oddechowej od 75 ml. Port do pomiaru kapnometrii – złącze Luer, czysty mikrobiologicznie. Zwrot wilgoci na poziomie 32mg/lH2O. Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek w kierunku Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie walidacji filtra.	62. Zamawiający dopuszcza.
63 Pytania do części 13 Pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, (noworodkowy) minimalny zakres objętości oddechowej od 25 ml. Port do pomiaru kapnometrii – złącze Luer, czysty mikrobiologicznie. Zwrot wilgoci na poziomie 27mg/lH2O. Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek w kierunku Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie walidacji filtra..	63. Zamawiający dopuszcza.
64. Pytania do części 13 pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów antybakteryjnych, mechanicznych bez wymiennika ciepła i wilgoci. Minimalny zakres objętości oddechowej od 200ml.	64. Zamawiający dopuszcza.
65. Pytanie do części 31 Pytanie 1 Czy w pozycji 1,2, zamawiający oczekuje dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu i zapobieganiem niepotrzebnej kontaminacji?	65. Zamawiający dopuszcza.
66. Pakiet 8, poz.1-2,5 Prosimy o wydzielenie poz.1-2,5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalizację kosztów.	66. Zamawiający nie wyraża zgody.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

gospodarowanie finansami publicznymi.	
67. Pakiet 8, poz.5 Czy zamawiający dopuści wąsy tlenowe z drenem o długości ok. 200 cm?	67. Zamawiający nie dopuszcza.
68. Część 17, poz.3,7,9 Prosimy o wydzielenie poz.3,7,9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	68. Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Część 17, poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	69. Zamawiający dopuszcza.
70. Pakiet 4 poz. 6 Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru z nadrukiem do wewnątrz rolki czy też na zewnątrz?	70. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem do wewnątrz rolki.
71. Pakiet 20 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 44 x 30 mm. Pozostałe parametry bez zmian.	71. Zamawiający dopuszcza.
72. Pakiet 20 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelazem ciekłym. Pozostałe parametry bez zmian.	72. Zamawiający nie dopuszcza.
73. Projekt Umowy §3 ust. 1 <i>Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.</i>	73. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
74. Projekt Umowy §6 ust. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie ilości miejsc dostaw dla pakietów 4 oraz 20	74. Jedno miejsce – Magazyn Medyczny.
75. Projekt Umowy §7 ust. 1 pkt 2. <i>Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.) Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.</i>	75. Dostarczenie do docelowego miejsca dostawy, którym jest magazyn na poziomie -1 (minus 1) wewnątrz budynku.
76. Projekt Umowy §9 ust. 5 <i>Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do umowy: „Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie może przekroczyć 30 dni od dnia obowiązującego terminu płatności.”</i>	76. Zamawiający nie wyraża zgody.
77. Projekt Umowy § 11 ust. 1 ppkt. a) <i>Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 11ust. 1 ppkt. a) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.</i>	77. Zamawiający nie wyraża zgody.
78. Projekt Umowy § 11 ust. 1 ppkt. b) <i>Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto opóźnionej wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 11 ust. 1 ppkt. b) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r.</i>	78. Zamawiający nie wyraża zgody.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p><i>sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".</i></p>	
<p>79. Projekt Umowy §11 ust. 1 d) <i>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 11 ust. 1 d) projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.3 Umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”</i></p> <p><i>Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.</i></p> <p><i>Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeczniwać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.</i></p> <p><i>Jednocześnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej jak wygórowanej i niewspółmierni wysokiej do poziomom 5% wartości niezrealizowanej części umowy.</i></p>	<p>79. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>80. Projekt Umowy §13 ust.1 c) <i>Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par 11 ust. 1 c) . Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.</i></p>	<p>80. Zgodnie z SIWZ.</p>
<p>81. Projekt Umowy §13 ust. 1 g)</p>	<p>81. Zgodnie z § 13 ust. 2 zmiana</p>

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p><i>Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.</i></p>	<p>umowy (w tym zmiana terminu realizacji umowy) może nastąpić wyłącznie za zgodą stron.</p>
<p>82. Projekt Umowy §11 ust. 1 h) <i>Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia z § 11 ust. 1 h) SIWZ wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i poprawnego przeprowadzenia postępowania, poprzez określenie minimalnego proggu realizacji zamówienia. Niewskazanie tego kluczowego elementu dla wymaganego przepisami Pzp konkretnego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, czyni je szacunkowym i niedookreślonym, przenosząc na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia. Realizacja nakazanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w sentencji wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, musi polegać na określeniu realnych, minimalnych wartości zamówień, które na pewno, a nie jedynie przypuszczalnie, zostaną wykonane przez Zamawiającego, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności mogących wpływać na jego zmniejszone zapotrzebowanie na przedmiotowe wyroby. W świetle powyższej argumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 ust. 1 h) na poniższy. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.</i></p>	<p>81. Zamawiający określił ilości poszczególnych produktów według faktycznego zużycia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W większości przypadków umowy realizowane są w 100 %.</p>
<p>82. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 5 dopuści obecnie używany przez Zamawiającego bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnej, paracentezy i perikardiocentezy składający się z igły Veressa, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawkę luer lock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; łącznik do systemu drenażowego luer lock / schodkowy; linia do przedłużenia cewnika dł. 50cm, zacisk nożyczkowy; komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta?</p>	<p>82. Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>83. Dotyczy Części 21 Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych sztywnych z temperowaną końcówką 7.0-5.0Fr.</p>	<p>83. Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>84. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 21 w pozycji 11 Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 igły wprowadzające: z koszulka i bez • Strzykawkę • Skalpel • Ekstrasztynną prowadnicę o miękkim zakończeniu • Zakrzywiony rozszerzacz • Taśmę tracheostomijną • Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 6mm, dł. 7,5cm lub śr. wewn. 4 dł. 4,2 cm lub śr. wewn. 3,5mm dł. 3,8 (w zależności od zamówienia) 	<p>84. Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>85. Dotyczy Części 29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 29 pozycji 2 Zestawu do blokady wewnątrzoskrzelowej do zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca. W zestawie strzykawkę, adapter ssący, adapter CPAP, adapter 15mm do rurki intubacyjnej typu „trójnik” oraz bloker oskrzelowy Arndt. Bloker posiadający regulowaną pętlę do połączenia z bronchoskopem, niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy balon oraz znaczniki głębokości. Rozmiary (w zależności od zamówienia): 5Fr 50cm lub 65cm, 7Fr 65cm oraz 9Fr 78cm. Jednocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu co znacznie zwiększy konkurencyjność oferty.</p>	<p>85. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
<p>86. Część 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Hellige Marquette MAC 1200 w bloku o wymiarach</p>	<p>86. Zamawiający nie dopuszcza.</p>

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

210mm x 295mm x 150 kartek?	
87. Część 8, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego PCV zawierającego ftalany? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.	87. Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji.
88. Część 8, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w całości wykonany z medycznego PCV?	88. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
89. Część 8, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm?	89. Zamawiający nie dopuszcza.
90. Część 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o wytrzymałości na rozerwanie 26N?	90. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
91. Część 19, pozycje 11 - 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.	91. Zamawiający nie wyraża zgody.
92. Czy Zamawiający w Części 20 w pozycji 1 dopuści elektrody o wymiarach 30 x 24mm spełniające pozostałe wymagani SIWZ ?	92. Zamawiający dopuszcza.
93. Czy Zamawiający w Części 20 w pozycji 2 dopuści elektrody o wymiarach 57 x 34mm spełniające pozostałe wymagani SIWZ ?	93. Zamawiający dopuszcza.
94. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 9 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.	94. Zamawiający nie wyraża zgody.
95. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	95. Zamawiający nie wyraża zgody.
96. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy; c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.	96. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,