



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

Znak sprawy: DZP.341.33.2018

Radom, dnia 2018-12-04

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szwennych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.33.2018)**

**Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:**

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1	<b><u>Dot. Części 1poz. 1-21</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, wchłaniany w okresie 56-70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości węzła po 21 dniach, i ok. 25% po 28 dniach.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
2	<b><u>Dot. Części 1poz. 22</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szew syntetyczny, wchłaniany w okresie 90-120 dni, monofilamentowy. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
3	<b><u>Dot. Części 1poz. 23-27</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianu wapnia? Okres podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok.42 dni. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
4	<b><u>Dot. Części 3 poz. 11,14,23</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji do oddzielnej części.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
5	<b><u>Dot. Części 3 poz. 2,13</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
6	<b><u>Dot. Części 4</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w części szwu syntetycznego, wchłanianego w okresie 90-120 dni, monofilamentowego. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
7	<b><u>Dot. Części 5</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Części szwu jednowłóknowego, polipropylenowego bez dodatku glikolu polietylenowego pakowanego na prosto. Uzasadnienie : oferowany przez nas sposób pakowania na prosto, podobnie jak w przypadku opakowania Race Pack. pozwala skutecznie redukować pamięć nici po wyjęciu z opakowania.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
8	<b><u>Dot. Części 8 poz.1-4</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianu wapnia? Okres podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok.42 dni.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

9	<b><u>Dot. Części 8 poz. 4</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji do oddzielnej części.	Nie, Zamawiający nie wydziela do oddzielnej części
10	<b><u>Dot. Części 8 poz. 5,6,8</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający dopuszcza
11	<b><u>Dot. Części 8 poz. 2,3,10,11</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem- szczególnie polecane do chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki, redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.	Dopuszcza się igłę odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.
12	<b><u>Dot. Części 8 poz.14-17</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, wchłaniany w okresie do 70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości węzła po 21 dniach, i ok. 25% po 28 dniach.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
13	<b><u>Dot. Części 9 poz. 1-10</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, wchłaniany w okresie do 70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości węzła po 21 dniach, i ok. 25% po 28 dniach.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
14	<b><u>Dot. Części 9 poz.11-13</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szew syntetyczny, wchłaniany w okresie 90-120 dni, monofilamentowy. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
15	<b><u>Dot. Części 9 poz.14</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew w kolorze niebieskim	Zamawiający dopuszcza
16	<b><u>Dot. Części 9 poz. 11,14-17,19</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach igły odwrotnie tnące z precyzyjnym ostrzem- szczególnie polecane do chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki, redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.	Dopuszcza się igłę odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.
17	<b><u>Dot. Części 9 poz.18-23</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne, wchłaniane, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianu wapnia? Okres podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok. 42 dni. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
18	<b><u>Dot. Części 9 poz. 24</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici w kolorze zielonym.	Tak, Zamawiający dopuszcza
19	<b><u>Dot. Części 11 poz. 1</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
20	<b><u>Dot. Części 12 poz. 1,2</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
21	<b><u>Dot. Części 12 poz. 1,2</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość nici 75 cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

22	<b><u>Dot. Części 13 poz. 1,2</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji do oddzielnej części.	Nie, Zamawiający nie wydziela
23	<b><u>Dot. Części 13 poz.7</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
24	<b><u>Dot. Części 14 poz.4</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej bez określenia „z mikroostrzem”, pozostałe parametry bez zmian.	Tak, Zamawiający dopuszcza
25	<b><u>Dot. Części 17 poz. 2</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igieł o długości 10 mm, pozostałe parametry bez zmian.	Dla części 16 poz. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza Dla części 17 poz. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
26	<b><u>Dot. Części 17 poz. 1</u></b> Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew syntetyczny, wchłaniany w okresie do 70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości węzła po 21 dniach, i ok. 25% po 28 dniach.	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
27	<b><u>Dot. Części 17 poz.2</u></b> Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szew syntetyczny, wchłaniany w okresie 90-120 dni, monofilamentowy. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach.	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
28	<b><u>Część 1</u></b> "Czy zamawiający w części 1 pozycje 1-21 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Szew wchłaniany, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszaną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępanie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP: Bezpośrednio po wszczepieniu –140% po 14 dniach - 80%, po 21 dniach - 30%. Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni."	Tak, Zamawiający dopuszcza
29	Czy zamawiający w Części 1 pozycja 22 zamiast parametrów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Szew wchłaniany syntetyczny monofilament z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość tkankowa 75% po 2 tygodniach, a po 3 tygodniach - 40%. Czas podtrzymywania tkankowego do 35 dni. Czas wchłaniania 90-110 dni.	Tak, Zamawiający dopuszcza
30	Czy zamawiający w Części 1 pozycja 22 dopuści szew na igle 40 mm (zamiast 50mm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
31	Czy zamawiający w Części 1 pozycja 23-27 zamiast parametrów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Monofilament syntetyczny szybko-wchłaniany, niepowlekany zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni, wytrzymałość po 5 dniach 50-60%, po 10 dniach 20-30% według norm USP i EP. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni.	Tak, Zamawiający dopuszcza
32	Czy zamawiający w Części 1 pozycje 23-27 dopuści szwy na igle kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast odwrotnie tnącej z mikroostrzem)?	Tak, Zamawiający dopuszcza

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

33	Prosimy o dopuszczenie w Części 1 pozycje: 7, 10, 12, 13, 20, 21 igły wzmocnionej.	Tak, Zamawiający dopuszcza
34	<b>Część 3</b> Czy zamawiający w Części 3 pozycje 1-8, 19-21 dopuści szew poliestrowy, w którym pojedyncze włókna, jak i cała nić jest powlekana silikonem, produkt barwiony na niebiesko (zamiast na zielono)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
35	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 1 dopuści szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm) na igle okrągłej wzmocnionej pogrubionej (zamiast okrągłej)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
36	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 4 dopuści igłę 37mm (zamiast 30mm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
37	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 6, 7, 8 zamiast nitek długości 2x75cm dopuści szew poliestrowy, w którym pojedyncze włókna i cała nić są powlekane silikonem, produkt o długości 250 cm umieszczony na rolce?	Tak, Zamawiający dopuszcza
38	Czy zamawiający w części 3 pozycje 9-11 dopuści szew wykonany z polipropylenu z dodatkiem polietylenu (zamiast tylko z polipropylenu)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
39	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 11 dopuści szew z polipropylenu z dodatkiem polietylenu (zamiast samego polipropylenu), na igle tnącej kosmetycznej, bez dwóch kolorowych klipsów?	Tak, Zamawiający dopuszcza
40	Czy zamawiający w Części 3 pozycje 12-18 dopuści szew poliamidowy, monofilamentowy w kolorze czarnym lub niebieskim, pragniemy zaznaczyć, że nasza firma część oferty posiada ze szwami w kolorze niebieskim, a część ze szwami w kolorze czarnym, dlatego prosimy o dopuszczenie obydwu rozwiązań.	Tak, Zamawiający dopuszcza
41	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 14 dopuści szew barwiony (zamiast bezbarwnego) na igle tnącej kosmetycznej (zamiast tnącej o spłaszczonej części penetrującej)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
42	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 17 dopuści nić o długości 75 cm (zamiast 45 cm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
43	Czy zamawiający w Części 3 pozycja 23 dopuści nić monofilamentową niewchłaniającą wykonaną z polibutesteru (mającą kontrolowane rozciąganie), niebieską, z igłą posiadającą poczwórną krawędź tnącą oraz geometrię podwójnej końcówki ostrza (zamiast: igły tnącej o dwustronnie zaostrzonym końcu, spłaszczonej części penetrującej z mikrowłóknami)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
44	Prosimy o dopuszczenie w Części 3 pozycje: 2, 4, 9, 10, 20, 21 igły wzmocnionej.	Tak, Zamawiający dopuszcza
45	<b>Część 4</b> Czy zamawiający w Części 4 pozycja 1 dopuści szew na igle 13mm (zamiast 14mm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
46	Czy zamawiający w Części 4 pozycja 2 dopuści szew na igle 19mm (zamiast 16mm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
47	Prosimy o dopuszczenie w Części 4 pozycja: 9 igły wzmocnionej.	Tak, Zamawiający dopuszcza
48	<b>Część 5</b> Czy zamawiający w Części 5 dopuści szwy wykonane z polipropylenu z dodatkiem polietylenu w opakowaniu redukującym pamięć szwu (bez oznaczenia Race Pack)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
49	Czy zamawiający w Części 5 pozycja 2 dopuści igłę o długości 26mm (zamiast 30mm), szew polipropylenowy z dodatkiem polietylenu?	Tak, Zamawiający dopuszcza
50	Czy zamawiający w Części 7 pozycja 1 dopuści: Wchłaniający syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węgla trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	oraz jednokierunkowych haczyków. Czas całkowitego wchłaniania 90-110 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 7 dniach min. 90% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach min. 75% pierwotnej wytrzymałości,"	
51	Czy zamawiający w Części 8 pozycje 1-4 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Monofilament syntetyczny szybko wchłaniający, niepowlekany zbudowany z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni, wytrzymałość po 5 dniach 50-60%, po 10 dniach 20-30% według norm USP i EP. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni.	Tak, Zamawiający dopuszcza
52	Czy zamawiający w Części 8 pozycja 2 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą (zamiast tnącej z mikroostrzem)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
53	Czy zamawiający w Części 8 pozycja 3 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą (zamiast tnącej z mikroostrzem)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
54	Czy zamawiający w Części 8 pozycja 4 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą (zamiast tnącej z mikroostrzem) o długości 16mm (zamiast 19mm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
55	Czy zamawiający w Części 8 pozycje 5-13 dopuści szew poliamidowy monofilamentowy w kolorze czarnym lub niebieskim, pragniemy zaznaczyć, że nasza firma część oferty posiada ze szwami w kolorze niebieskim, a część ze szwami w kolorze czarnym, dlatego prosimy o dopuszczenie obydwu rozwiązań.	Tak, Zamawiający dopuszcza oba kolory
56	Czy zamawiający w Części 8 pozycje 10 i 11 dopuści szwy na igle kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem mikropoint)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
57	"Czy zamawiający w Części 8 pozycje 14-17 zamiast parametrów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępanie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP: Bezpośrednio po wszczepieniu –140% po 14 dniach - 80%, po 21 dniach - 30%. Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni."	Tak, Zamawiający dopuszcza
58	"Czy zamawiający w Części 9 pozycje 1-10 zamiast parametrów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępanie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP: Bezpośrednio po wszczepieniu –140% po 14 dniach - 80%, po 21 dniach - 30%. Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni."	Tak, Zamawiający dopuszcza
59	Czy zamawiający w Części 9 pozycje 11-13 zamiast parametrów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Szew wchłaniający syntetyczny monofilament z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość tkankowa 75% po 2 tygodniach, a po 3 tygodniach - 40%. Czas podtrzymywania tkankowego do 35 dni. Czas wchłaniania 90-110 dni.	Tak, Zamawiający dopuszcza

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

60	Czy zamawiający w Części 9 pozycja 11 dopuści szew na igle kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem) długość igły 19mm (zamiast 16mm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
61	Czy zamawiający w Części 9 pozycje 14-17 dopuści szew poliamidowy monofilamentowy w kolorze czarnym lub niebieskim, pragniemy zaznaczyć, że nasza firma część oferty posiada ze szwami w kolorze niebieskim, a część ze szwami w kolorze czarnym, dlatego prosimy o dopuszczenie obydwu rozwiązań.	Tak, Zamawiający dopuszcza
62	Czy zamawiający w Części 9 pozycje 14,15,16 dopuści szwy na igle kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
63	Czy zamawiający w Części 9 pozycja 17 dopuści szew na igle odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem), szew o długości 75 cm (zamiast 45 cm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
64	Czy zamawiający w Części 9 pozycja 18-23 zamiast parametrów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Monofilament syntetyczny szybko wchłaniający, niepowlekany zbudowany z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni, wytrzymałość po 5 dniach 50-60%, po 10 dniach 20-30% według norm USP i EP. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni.	Tak, Zamawiający dopuszcza
65	Czy zamawiający w Części 9 pozycja 19 dopuści szew na igle kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
66	Czy zamawiający w Części 9 pozycje 21 i 23 dopuści igłę o długości 26 mm (zamiast 30 mm)?	dla pozycji 21 - tak, Zamawiający dopuszcza dla pozycji 23 – nie dopuszcza
67	Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość saszetek próbek (1 czy 2) należy dostarczyć do części 10.	Zamawiający wymaga załączenia po 1 saszetce z każdej zaofertowanej pozycji asortymentowej
68	Prosimy o dopuszczenie w Części 10 pozycje: 1, 2, 5 9 igły wzmocnionej.	Tak, Zamawiający dopuszcza
69	Czy zamawiający w Części 11 pozycja 1 dopuści szew na igle odwrotnie tnącej (zamiast konwencjonalnie tnącej)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
70	Czy zamawiający w Części 12 pozycje 1 i 2 dopuści szwy o długości 75 cm (zamiast 45 cm)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
71	Czy zamawiający w Części 13 pozycja 4, 8-10 dopuści monofilament polipropylenowy z dodatkiem polietylenu (zamiast monofilamentu polipropylenowego)?	Tak, Zamawiający dopuszcza
72	Czy zamawiający w Części 13 pozycja 7 dopuści igłę odwrotnie tnącą?	Tak, Zamawiający dopuszcza
73	Dot. Części nr 3 1.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9, 10 szew polipropylenowy z polietylenem w miejsce szwu polipropylenowego? <u>Zastosowanie szwu i parametry igieł oraz nici zgodne z SIWZ.</u>	Tak, Zamawiający dopuszcza
74	Dot. Części nr 8 1.Czy Zamawiający dopuszcza w <b>części nr 8 w poz. 1, 2, 14-17</b> nitkę 70 cm w miejsce 75 cm? <u>Igły i materiał szwu zgodne z SIWZ.</u>	Tak, Zamawiający dopuszcza
75	Dot. Części nr 8 Czy Zamawiający dopuszcza w <b>poz. 4</b> igłę tnącą z mikroostrzem 15 mm? <u>Materiał szwu i długość nitki zgodne z SIWZ.</u>	Tak, Zamawiający dopuszcza
76	Dot. Części nr 9 1.Czy Zamawiający dopuszcza w <b>poz. 24</b> nitkę zieloną w miejsce niebieskiej? <u>Igła i materiał szwu zgodne z SIWZ.</u>	Tak, Zamawiający dopuszcza

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

77	Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4 szew wchłaniany w okresie 90-120 dni o podtrzymywaniu tkankowym 55% po 7 dniach oraz 25% po 14 dniach, pozostałe parametry bez zmian?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
78	Dotyczy Części nr 4, Pozycji nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną o długości 13mm oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
79	Dotyczy Części nr 4, Pozycji nr 3 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, Pozycji nr 3 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
80	Dotyczy Części nr 5, Pozycji nr 2 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5, Pozycji nr 2 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
81	Dotyczy Części nr 10, Pozycji nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10, Pozycji nr 1 szew wchłaniany do 90 dni oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
82	Dotyczy Części nr 10, Pozycji nr 4 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10, Pozycji nr 4 szew wchłaniany do 90 dni, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
83	Dotyczy Części nr 10, Pozycji nr 5 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10, Pozycji nr 5 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
84	Dotyczy Części nr 11, Pozycji nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 11, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
85	Dotyczy Części nr 12, Pozycji nr 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12, Pozycjach nr 1 i 2 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, Zamawiający dopuszcza
86	Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Części nr 11, Pozycji nr 2.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
87	Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 4 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 13, Pozycji nr 4 igłę o krzywiznie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
88	Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 5 i 6 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 13, Pozycjach nr 5 i 6 nić o długości 15x60cm, pozostałe parametry bez zmian?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
89	Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 7 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 13, Pozycji nr 7 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
90	<b>Część 10, pozycja 1-5</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni?	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
91	<b>Część 11, pozycja 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 odwrotnie tnącą?	Tak, Zamawiający dopuszcza
92	<b>Część 11, 12</b> Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?	Tak, Zamawiający dopuszcza

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

93	<b>Część 11, 12</b> Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?	Tak, Zamawiający dopuszcza
94	<b>Część 11, 12</b> Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były tlenkiem etylenu?	Tak, Zamawiający dopuszcza
95	<b>Część 12, pozycja 1, 2</b> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis  
Numer telefonu: 48 361-32-10



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548