



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.63.2018r.

Radom 21.11.2018r

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Fax»
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych (sprawa DZP.341.63.2018)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pyt. 1 (Dot. Punktu 3.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory spełniające normy EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla urzędzeń pracujących w środowisku szpitalnym?	1. Tak.
Pyt. 2 (Dot. Punktu 5.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwością obsługi tylko i wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego? Oferowane rozwiązanie jest bardziej intuicyjne od wymaganego.	2. Tak. Przy zachowaniu pozostałych paramaterów SIWZ.
Pyt. 3 (Dot. Punktu 6.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory bez możliwości prezentacji krzywych EKG w układzie kaskad oraz z możliwością wyświetlania powiększonych wartości numerycznych z wyświetlaniem ostatnich pomiarów ciśnienia w podręcznym menu ciśnienia?	3. Nie.
Pyt. 4 (Dot. Punktu 7.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwością ustawienia trybu ciemnego (nocnego) ekranu, z nie rażącymi ikonami, z ręcznym obniżeniem poziomu głośności alarmów, tonu HR oraz poziomu jasności ekranu?	4. Nie.
Pyt. 5 (Dot. Punktu 8.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory bez funkcji ręcznego zaznaczania zdarzeń, natomiast z opcją automatycznego zaznaczania zdarzeń alarmowych?	5. Nie.
Pyt. 6 (Dot. Punktu 9 i 10.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwością zapamiętywania różnych ustawień kardiomonitora bez możliwości ustawiania profili ale z możliwością monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjenta, ustawieniem granic alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów na jednym wspólnym ekranie oraz możliwością ustawienia granic alarmu (ręcznie, automatyczne w odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta z opcją zapamiętywania ustawionych zestawów)?	6. Nie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Pyt. 7 (Dot. Punktu 12.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy z możliwością regulacji zawieszenia alarmu od 1 min do 5 min, parametr nieznacznie różni się od wymaganego w opisie. Oferowane kardiomonitorzy posiadają możliwość wyciszenia bieżącego alarmu, wyciszenia wszystkich alarmów na zaprogramowany czas oraz wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą kliknięcia w odpowiednie miejsce ekranu dotykowego	7.Tak.
Pyt. 8 (Dot. Punktu 13.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla?	8. Nie.
Pyt. 9 (Dot. Punktu 14.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy z dynamiczną ikoną ekranową pokazujący część, całość lub ewentualne rozładownie akumulatora w kardiomonitorze?	9. Tak.
Pyt. 10 (Dot. Punktu 15.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez gniazda przywoływania pielęgniarki oraz synchronizacji sygnału EKG?	10. Nie
Pyt. 11 (Dot. Punktu 17 i 18) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez możliwości aktualizacji ze zdalnego serwera, przez gniazdo USB oraz bez możliwości eksport./import. ustawień kardiomonitora na dysk USB?	11. Nie.
Pyt. 12 (Dot. Punktu 17 i 18) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez możliwości aktualizacji ze zdalnego serwera, oraz bez możliwości eksport./import. Ustawień kardiomonitora na dysk USB?	12. Nie.
Pyt. 13 (Dot. Punktu 20) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez możliwości synchronizacji danych ze szpitalnym systemem EMR?	13. Nie.
Pyt. 14 (Dot. Punktu 24 i 25) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy z pomiarem, prezentacją krzywej i alarmami wartości ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie w zakresie: -1.0 - + 1.0mV, bez funkcji prezentacji odchyień ST w postaci wykresu kołowego?	14. Nie.
Pyt. 15 (Dot. Punktu 31 i 32) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez wyświetlania wskaźnika perfuzji oraz funkcji opóźniania alarmu (w tym desaturacji)?	15. Nie.
Pyt. 16 (Dot. Punktu 30 i 34) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy z pomiarem SPO2 w technologii Nellcor oraz z możliwością stosowania czujników Nellcor za pomocą dedykowanego kabla łączącego?	16. Nie.
Pyt. 17 (Dot. Punktu 36) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 10-220 mmHg oraz z zakresem pomiarowym pulsu 30-240?	17. Tak.
Pyt. 18 (Dot. Punktu 39 i 40) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitorzy bez możliwości rozbudowy dedykowanej Saturacji w technologii Massimo Rainbow ale z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z wydrukiem minimum 3 kanałów z szerokością papieru 57mm? Zakres minimalnie różni się od wymaganego w postępowaniu.	18. Tak.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Pyt. 19 (Dot. Punktu 42) Czy Zamawiający dopuści akcesoria pomiarowe o zakresach: - mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych w zakresie 18-26 cm – 16 szt, - mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych w zakresie 42-54 cm – 6 szt? Reszta akcesorii pozostaje bez zmian?	19. Tak.
Pyt. 20 (Dot. Punktu 47) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze < 8 kg?	20. Nie.
Pyt. 21 (Dot. Punktu 48) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 15 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1024 x 768 pikseli ?	21. Nie.
Pyt. 22 (Dot. Punktu 53) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem awaryjnym, akumulator Litowo – Jonowym o pojemności 2600mAh, czas pracy min 2 godziny (monitorowanie EKG, oddech, Spo2 i pomiar NIBP co 15 min).	22. Nie.
Pyt. 23 (Dot. Punktu 54) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z rozpoznawaniem arytmii bez podziału na priorytety oraz bez możliwości ustawienia opóźnienia alarmu arytmii?	23. Nie.
<i>Stacja centralnego monitorowania</i>	
Pyt. 1 (Dot. Punktu 1 i 17) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 24 cale zintegrowaną w jednej obudowie z jednostką główną centrali, wyposażoną w drukarkę laserową, mysz, klawiaturę, system operacyjny oraz switch sieciowy z wbudowanym zasilaniem awaryjnym na minimum 60 minut monitorowania?	1. Nie.
Pyt. 2 (Dot. Punktu 7 i 15) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą z możliwością wywoływania danych pacjenta do 6 dni od wypisania, z instrukcją użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej oraz w pliku PDF bez zintegrowanego poradnika systemowego?	2. Nie.
Pyt. 3 (Dot. Punktu 10) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą bez możliwości wyjścia danych w formacie HL7 do zewnętrznych serwerów?	3. Nie.

Z poważaniem,